



Konformitätserklärung



gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG) und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE)

Die Firma: **hospicall GmbH**
Max-Planck-Straße 3
51674 Wiehl

erklärt, dass das Produkt: **Personenschutzsystem hospicall D5**

Verwendungszweck: **Identifikation von Personen und Gegenständen**

den grundlegenden Anforderungen des §3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht.

Harmonisierte Normen: Sicherheit gemäß §3 (1) 1, (Artikel 3 (1) a))
EN60950:1992 + A1:1992 + A2:1993 + A3:1995 + A4:1997


Harmonisierte Normen: Schutzanforderungen in Bezug auf die EMV §3 (1) 2, (Artikel 3 (1) b))
EN302 489-1 (2001-09)
EN302 489-3 (2001-09)
EN 50364:2010
EN 62369-1:2009
EN 45502 (Grenzwerteinhaltung von 80 A/m)

Harmonisierte Normen: Nutzung des Frequenzspektrums
EN 300 220-1 / V2.4.1 (2012-05)
EN 300 220-2 / V2.4.1 (2012-05)
EN 300 220-1 / V1.3.2 (2002-12)
EN 300 220-2 / V1.1.1 (2001-06)


Schnittstellenspezifikation: Luftschnittstelle bei Funkanlagen
125 kHz
868,35 MHz

Diese Erklärung wird verantwortlich abgegeben durch:

Gummersbach, 08.05.2018



Rüdiger Gelfarth
Geschäftsführer



Andreas Hüschemenger
Geschäftsführer