

Bestätigung

Hiermit bestätigt die Firma hospicall GmbH, Max-Planck-Str.3, 51674 Wiehl, dass die Komponenten des Rufsystems P3 nachfolgend aufgeführte Punkte erfüllen:

1. die Geräteanforderungen aus DIN VDE 0834-1:2016-06 und DIN VDE 0834-2:2019-02, werden erfüllt,
2. mit diesen Geräten eine VDE 0100-, und im besonderen VDE 0834-gerechte, Installation möglich ist.

Diese Erklärung wird verantwortlich abgegeben durch:

Gummersbach, 08.03.2021

A handwritten signature in green ink, appearing to read "Andreas Hüschemenger", written over a horizontal line.

Andreas Hüschemenger
Geschäftsführer